



Be Right™



Gesamt Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD (1000 St.)

Artikel-Nr.:

1406428

Gefahrstoffe

EUR Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Gesamt Chlor, 0,02-2,00 mg/L Cl₂ & 0,1-10,0 mg/L Cl₂, und Brom, 0,05-4,50 mg/L Br₂.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Messbereich (3):	0,05 - 4,00 mg/L Br ₂
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	8167
Methode (Nummer) :	10070
Parameter:	Chlor, gesamt, Bromid, Iodid
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	1000 St.